



AVVISO DI CHIARIMENTO

Fornitura GAS CROMATOGRAFO.

Tender_577 – RDO: rfq_947

Con riferimento all'evento in epigrafe, riceviamo il seguente quesito per il quale si fornisce risposta:

Quesito 1

Facendo riferimento all'Art. 5, punto d) del capitolato speciale d'appalto, è indicato: *"pompa turbomolecolare da 300 litri/sec."*. Si chiede la possibilità di prendere in esame caratteristiche tecniche leggermente diverse, ma che garantiscano comunque le prestazioni analitiche richieste, soddisfacendo di fatto l'esigenza d'alto vuoto dello spettrometro di massa che, avendo una di geometria diversa, non necessita di un pompaggio superiore a 255 litri/secondo. La richiesta di portata della *"pompa turbomolecolare da 300 litri/sec."* individua chiaramente uno specifico produttore limitando pertanto la libera concorrenza.

Risposta 1

A seguito di ricerche di mercato condotte acquisendo specifiche tecniche liberamente reperibili in rete, abbiamo potuto appurare che la richiesta di installare una *"pompa turbomolecolare da 300 litri/sec."* non *"individua chiaramente uno specifico produttore limitando pertanto la libera concorrenza"*, la scelta operata di prevedere in progetto una pompa da almeno 300 litri/secondo, è stata calibrata al fine di garantire nel tempo maggior robustezza e affidabilità del segnale. Confermiamo pertanto quanto richiesto dal Capitolato Speciale.

Fermo il resto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto Piccoli